



經濟部標準檢驗局
台北市濟南路一段四號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324
WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 9A306000614

受理日期： 96年04月13日

簽發日期： 96年05月09日

實驗室： 第六組

地址： 台北市濟南路1段4號

申請者： 金再昇股份有限公司

地址： 桃園縣觀音國建三路7-7號

品名： 純銅粉

規格： 20g

型號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 3 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

賴俊杰

報告簽署人

張修德

實驗室負責人

第六組
組長 張修德 (3)


局長授權簽發

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 9A306000614
申請者: 金再昇股份有限公司
品名: 純銅粉
規格: 20g
型號: (空白)
受理日期: 96年04月13日

頁次: 共3頁, 第2頁

完成日期: 96年05月09日

試驗項目	試驗結果
鉛(Pb)	未檢出(可檢下限3.0ppm)
鎘(Cd)	未檢出(可檢下限1.0ppm)
汞(Hg)	未檢出(可檢下限3.0ppm)
總鉻(Cr)	34.2ppm
<p>試驗說明:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 參照CNS273試驗; 因Cr(VI)無適用之方法故以總鉻試驗。2. 依照申請資料加註取樣者: 陳尹君。3. 本報告如有疑問, 請洽第六組化學檢驗科(電話: 02-23431869)。 	

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 9A306000614
申請者: 金再昇股份有限公司
品名: 純銅粉
規格: 20g
型號: (空白)
受理日期: 96年04月13日

頁次: 共3頁, 第3頁

完成日期: 96年05月09日

試驗項目	試驗結果
五溴聯苯	未檢出(可檢下限0.01 mg/g)
五溴聯苯醚	未檢出(可檢下限0.01 mg/g)
八溴聯苯	未檢出(可檢下限0.01 mg/g)
八溴聯苯醚	未檢出(可檢下限0.01 mg/g)

試驗說明:

1. 參照IEC 62321草案方法試驗。
2. 下列括號內之文字係依委託者要求, 照申請資料加註「取樣者:陳尹君」。
3. 本報告如有任何疑問, 請洽詢技術開發科(電話:(02)2343-1857)。

